



財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

# 認 證 證 書

(證書編號：L4182-240415)

茲證明

儀寶電子股份有限公司

校驗中心(流量/風速實驗室)

桃園市楊梅區幼獅路三段 93 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：4182

初 次 認 證 日 期：一百一十三年四月十五日

認 證 有 效 期 間：一百一十三年四月十五日至一百一十六年四月十四日止

認 證 範 圍：校正領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年四月十五日

認證編號：4182  
實驗室主管：陳謙毅

## 流量

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KH3001 風速計 (熱線式、 差壓式)	熱線式風速轉換器 TSI/8455-300-1	自訂之風速計校正程序書 WCP-001	0.3	m/s	3.0	m/s	熱線式	0.11	m/s
			>3.0	m/s	10	m/s	熱線式、差壓式	0.35	m/s
			>10	m/s	15	m/s	熱線式、差壓式	0.54	m/s
			>15	m/s	25	m/s	熱線式、差壓式	0.73	m/s
			>25	m/s	30	m/s	熱線式、差壓式	0.77	m/s
			1.5	m/s	3.0	m/s	差壓式	0.11	m/s
報告簽署人：陳人愷；陳建全；陳謙毅									

註：最小不確定度係以約 95 %信賴水準之擴充不確定度表示  
(以下空白)

